

REF 10657 KAL.-STUFE 1 3 FLASCHEN JE 1 ml
KAL.-STUFE 2 3 FLASCHEN JE 1 ml

TIBC-MULTIKALIBRATOR

Jedes Fläschchen enthält lyophilisierte Präparate mit nicht-reaktiven Stabilisatoren und Zusätzen auf zwei verschiedenen Stufen (niedrig und hoch) von TIBC basierend auf menschlichem Quellmaterial.

VERWENDUNGSZWECK

Der TIBC-Multikalibratorsatz ist zur Verwendung bei der Kalibration des Medica TIBC-Tests auf dem klinischen EasyRA[®] Analysator bestimmt. Nur für die *In-vitro*-Diagnostik vorgesehen. Nur für den professionellen Einsatz bestimmt.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN UND WARNUNGEN

1. Alle gängigen Sicherheitsvorkehrungen sind bei der Handhabung von Laborreagenzien zu beachten.
2. Das menschliche Quellmaterial, aus dem dieses Produkt gewonnen wurde, wurde getestet und im Hinblick auf HBsAg, Anti-HIV 1/2, Anti-HCV und HIV-1Ag als nicht reaktiv befunden. Da jedoch keine Methode mit hundertprozentiger Sicherheit gewährleisten kann, dass keine Infektionserreger vorhanden sind, sollten dieses Material und alle Patientenproben so behandelt und entsorgt werden, als bestünde die Gefahr der Übertragung von Infektionskrankheiten. Siehe die zweite Ausgabe von „Biosafety in Microbiology and Biomedical Laboratories“ des National Institute of Health, 2. Auflage, 1988.
3. Nicht mit dem Mund pipettieren. Einnahme und Kontakt mit der Haut vermeiden.
4. Die Kalibratoren in diesem Kit enthalten Natriumazid als Konservierungsstoff. Natriumazid bildet in Rohrleitungen aus Metall explosive Verbindungen. Wenn Sie Substanzen über sanitäre Anlagen entsorgen, achten Sie darauf, gründlich mit Wasser nachzuspülen.

HANDHABUNG, LAGERUNG UND BESTÄNDIGKEIT

Die Kalibratoren sind vor der Rekonstitution bis zum Verfallsdatum stabil, wenn sie ungeöffnet bei einer Temperatur von 2-8 °C gelagert werden. Lagern Sie den Kalibrator nach der Rekonstitution verschlossen bei 2-8 °C. Die geöffneten Kalibratoren sind bei 2-8 °C 10 Tage lang stabil.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Warten Sie vor der Rekonstitution ab, bis sich die Fläschchen auf die Umgebungstemperatur erwärmt haben.
2. Rekonstituieren Sie vorsichtig jedes Fläschchen lyophilisiertes Serum mit exakt 1,0 ml analysereinem Wasser auf Umgebungstemperatur.
3. Schließen Sie das Fläschchen und lassen Sie es 30 Minuten ruhen. Vorsichtig durch Wirbeln und/oder Invertierung vermischen. Überprüfen Sie die vollständige Auflösung des Materials. **Nicht schütteln!**

WERTZUWEISUNG

Die unten stehende Tabelle gibt die zugewiesenen Werte für die TIBC-Kalibratoren an:

Chargennr. 18296 Verfallsdatum: 2019-12-31

Analyt:	Zugewiesene Wert-	Einheiten
EasyCal TIBC, Stufe 1	118	µg/dl
EasyCal TIBC, Stufe 2	683	µg/dl