

REF 10651 12 FLACONS DE 5 mL

ÉTALON CHIMIQUE

Chaque flacon contient 5,0 mL de poudre étalon multiéléments lyophilisée à base de sérum humain.

UTILISATION PRÉVUE

Utilisé comme étalon dans les dosages de chimie clinique réalisés sur l'analyseur chimique Medica EasyRA.

MESURES DE SECURITE ET AVERTISSEMENTS

Le matériel d'origine humaine a été préparé uniquement à partir du sang d'un donneur ayant été testé à l'aide de méthodes approuvées par la FDA et ayant conduit à un résultat négatif pour l'antigène HBsAg, les anticorps anti-VIH ½ et anti-VHC et l'antigène VIH-1.

Il n'existe néanmoins pas de méthode capable de garantir totalement l'absence d'agents pathogènes. Ce matériel et tous les échantillons patients doivent donc être considérés comme potentiellement infectieux lors de leur manipulation et élimination.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LA MANIPULATION, LE STOCKAGE ET LA STABILITÉ

Le produit étalon sous forme de poudre sèche est stable jusqu'à la date de péremption figurant sur l'étiquette, à condition d'être stocké entre 2 et 8° C. Après la reconstitution, refermer et stocker l'étalon entre 2 et 8° C. Les composants de l'étalon sont stables pendant :

- Bilirubine directe et totale et fer : 1 jour, stockage dans l'obscurité entre 2 et 8 °C.
- Autres analytes : 5 jours, stockage entre 2 et 8 °C.

MODE D'EMPLOI

1. Avant la reconstitution, laisser le flacon atteindre la température ambiante.
2. Avec précaution, reconstituer chaque flacon de sérum lyophilisé avec précisément 5,0 mL d'eau de qualité réactif à température ambiante, à l'aide d'une pipette volumétrique.
3. Reboucher le flacon et le laisser reposer pendant 20 minutes, en l'agitant de temps à autre.
4. Avant de procéder à l'échantillonnage, agitez délicatement le flacon plusieurs fois pour assurer l'homogénéité du contenu. NE PAS SECOUER VIOLEMMENT.

Les volumes d'échantillon d'étalonnage recommandés sont les suivants :

1. Pour étalonner un seul analyte, utiliser 0,2 mL d'étalon dans un bécher de 2 mL.
2. Pour étalonner entre 1 et 5 analytes, utiliser 0,5 mL d'étalon dans un bécher de 2 mL.
3. Pour étalonner entre 5 et 14 analytes, utiliser 1 mL d'étalon dans un bécher de 2 mL.

ASSIGNATION DES VALEURS

Le tableau ci-dessous contient les valeurs attribuées à chaque analyte :

Lot N°. 21305 Date de péremption : 2025-09-30

Analyte :	Valeur assignée	Unités
ALB	4,1	g/dL
DBIL	3,40	mg/dL
TBIL	4,67	mg/dL
Ca	9,86	mg/dL
CHOL	210	mg/dL
CREA	3,52	mg/dL
GLU H	197	mg/dL
GLU T	197	mg/dL
FE	185	µg/dL
LIP	104,9	µ/L
MG	3,20	mg/dL
PHOS	5,00	mg/dL
TP	6,2	g/dL
TRIG	121	mg/dL
BUN	36,4	mg/dL
URIC	5,20	mg/dL