

REF 10651 FIOŁKI 12 X 5 mL

KALIBRATOR CHEMICZNY

Każda fiołka zawiera 5,0 mL liofilizowanego, opartego na surowicy ludzkiej, wieloskładnikowego proszku kalibracyjnego.

ZASTOSOWANIE

Do stosowania jako kalibrator w klinicznych próbach chemicznych w analizatorze Medica EasyRA (Medica EasyRA Chemistry Analyzer).

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

Surowiec pochodzenia ludzkiego przygotowany i przetestowany na próbce od jednego dawcy. Badania nie wykazały obecności przeciwciał HBsAg, anty-HIV 1/2, anty-HCV, ani HIV-1Ag.

Ponieważ jednak żadna metoda nie może zapewnić całkowitej pewności co do braku czynników zakaźnych, materiał ten oraz wszystkie próbki pacjentów powinny być traktowane i utylizowane tak, jak gdyby były potencjalnymi nośnikami chorób zakaźnych.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UŻYCIA, PRZECHOWYWANIA I STABILNOŚCI

Kalibrator w postaci suchej pozostaje stabilny aż do upływu daty ważności (na etykiecie), jeśli jest przechowywany w temp. 2 - 8°C. Po rozpuszczeniu kalibrator należy przechowywać zamknięty w temp. 2 - 8°C. Składniki kalibratora pozostają stabilne przez:

Bezpośrednia i całkowita bilirubina oraz żelazo: przechowywane przez 1 dni w ciemnym miejscu w temperaturze od 2 – 8°C.
Inne anality: przechowywane przez 5 dni w temperaturze od 2 – 8°C.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Przed stworzeniem roztworu należy odczekać, aż fiołka ogrzeje się do temperatury otoczenia.
2. Ostrożnie rozpuścić każdą fiołkę surowicy liofilizowanej w dokładnie 5,0 mL wody odczynnikowej w temperaturze otoczenia, używając pipety wolumetrycznej.
3. Wymienić korek i pozostawić kalibrator na 20 minut, mieszając od czasu do czasu.
4. Przed pobraniem próbki delikatnie zamieszać kilkakrotnie fiołkę, aby zapewnić jednorodność zawartości. NIE WIROWAĆ.

Zalecane objętości próbki kalibratora są następujące:

1. Przy kalibracji jednego analitu użyć 0,2 mL kalibratora w pojemniku 2 mL.
2. Przy kalibracji 1–5 analitów użyć 0,5 mL kalibratora w pojemniku 2 mL.
3. Przy kalibracji 5–14 analitów użyć 1,0 mL kalibratora w pojemniku 2 mL.

WARTOŚCI USTALONE

W tabeli poniżej znajdują się ustalone wartości dla każdego analitu:

Partia nr 24093 Data ważności: 2027-12-31

Analit:	Wartość ustalona	Jednostki
ALB	4,3	g/dL
DBIL	3,08	mg/dL
TBIL	4,75	mg/dL
Ca	9,57	mg/dL
CHOL	201	mg/dL
CREA	3,46	mg/dL
GLU H	196	mg/dL
GLU T	195	mg/dL
FE	179	µg/dL
LIP	79,6	µ/L
MG	3,13	mg/dL
PHOS	4,80	mg/dL
TP	6,5	g/dL
TRIG	112	mg/dL
BUN	36,3	mg/dL
URIC	5,23	mg/dL