

REF 10651 12 X 5 mL ŞİŞELER

KİMYA KALİBRATÖRÜ

Her flakon 5,0 mL liyofilize, insan serum tabanlı, çok bileşenli kalibratör tozu içerir.

KULLANIM AMACI

Medica EasyRA Chemistry Analyzer ile yapılan klinik kimya miktar tayinlerinde kalibratör olarak kullanmak içindir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE UYARILAR

Bu ürünün elde edildiği insan kaynaklı materyal, tek donör ünite esasında türetilmiş ve test edilmiştir ve HBsAg, anti-HIV ½, anti-HCV ve HIV-1Ag için reaktif olmadığı tespit edilmiştir. Ancak, hiçbir yöntem enfeksiyöz ajanların yokluğuna dair tam bir garanti veremeyeceğinden, bu madde ve tüm hasta numuneleri enfeksiyöz hastalıklar bulaştırabilecekleri düşünülerek işlenmeli ve atılmalıdır.

İŞLEME, SAKLAMA VE STABİLİTE İLE İLGİLİ TALİMATLAR

Kuru kalibratör, 2°-8°C sıcaklıkta saklandığında etiket üzerindeki son kullanma tarihine kadar stabildir. Sulandırıldıktan sonra kalibratörü kapalı olarak 2°-8°C'de saklayın. Kalibratörün bileşenleri aşağıdakiler için stabildir:

- Direkt ve Toplam Bilirubin ve Demir: 2° - 8° C'de ve karanlıkta saklanarak 1 gün.
- Diğer Analitler: 2° - 8° C'de saklanarak 5 gün.

KULLANIM TALİMATLARI

- Sulandırmadan önce flakonun ortam sıcaklığına kadar ısınmasını bekleyin.
- Her bir liyofilize serum flakonunu tam olarak 5,0 mL'lik ortam sıcaklığında, volümetrik pipet kullanarak reaktif kalitesindeki su ile dikkatle sulandırın.
- Tıpayı değiştirin ve ara sıra döndürerek kalibratörü 20 dakika bekletin.
- Örnek almadan önce, şişeyi birkaç kez döndürerek homojenliği sağlayın. GİRDAP OLUŞTURMAYIN.

Önerilen kalibratör numune hacimleri aşağıdaki gibidir:

Tek bir analiti kalibre ediyorsanız, 2 mL'lik numune kabında kalibratörün 0,2 mL'sini kullanın.
1-5 analiti kalibre ediyorsanız, 2 mL'lik numune kabında kalibratörün 0,5 mL'sini kullanın.
5-14 analiti kalibre ediyorsanız, 2 mL'lik numune kabında kalibratörün 1,0 mL'sini kullanın.

DEĞER TAYİNİ

Aşağıdaki tablo her analit için atanmış değerleri içermektedir:

Lot No. 24093 Son Kullanma Tarihi: 2027-12-31

Analit:	Atanmış Değer	Birim
ALB	4,3	g/dL
DBIL	3,08	mg/dL
TBIL	4,75	mg/dL
Ca	9,57	mg/dL
CHOL	201	mg/dL
CREA	3,46	mg/dL
GLU H	196	mg/dL
GLU T	195	mg/dL
FE	179	µg/dL
LIP	79,6	µ/L
MG	3,13	mg/dL
PHOS	4,80	mg/dL
TP	6,5	g/dL
TRIG	112	mg/dL
BUN	36,3	mg/dL
URIC	5,23	mg/dL