

MEDICA 尿肌酐校准品

REF 10652 1 X 10mL 瓶装

尿肌酐校准品

西林瓶，每瓶含肌酐 - 0.10N 盐酸溶液 10mL。

预期用途

用作 Medica EasyRA 化学分析仪进行 Medica 尿肌酐试验的尿肌酐校准品。

安全措施和警告

应遵守良好实验室规范。

关于搬运、贮藏和稳定性的说明

未打开的液体校准品如于 2-8°C 下贮藏，在标签上列出的有效期限内是稳定的。

打开后，校准品应于 2-8°C 贮藏。

使用说明

即时使用。

赋值

下表包含给尿肌酐校准品所赋的值：

批号：24141

失效期：2025-05-20

分析物：	所赋值	单位
肌酐	150.40	mg/dL



Medica Corporation, 5 Oak Park Drive
Bedford, MA 01730-1413 USA



Emergo Europe, Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague, The Netherlands