

EasyStat

EasyQC

Uso previsto

Para controlar el funcionamiento de los analizadores EasyStat e EasyBloodGas. Consultar Analizar QC en el Manual del usuario para obtener instrucciones detalladas. Para uso diagnóstico in vitro.

Ingredientes activos

Los controles EasyQC contienen bicarbonato tamponado y solución electrolítica equilibrada con mezclas precisas de gases de O₂ y CO₂. Este control no contiene preservativos ni materiales de origen humano.

Descripción del producto

EasyQC está disponible para controlar el funcionamiento del analizador en diferentes puntos del intervalo clínico. Está embalado en ampollas de vidrio selladas, conteniendo 1,7 ml de solución. Las ampollas están empacadas en cajas de treinta (30) unidades.

Almacenamiento y estabilidad

Almacenar los materiales de control a una temperatura comprendida entre 4 y 25 °C. Los valores podrían sufrir cambios si se almacena las ampollas a temperaturas mayores de 30 °C durante períodos prolongados. NO CONGELAR. Descartar todo material de control que exceda la fecha de caducidad en la etiqueta del producto.

Uso recomendado

Efectuar un análisis con material de control de calidad una vez por turno, antes de analizar

especímenes de pacientes. Efectuar un análisis con los controles en cualquier momento para verificar el funcionamiento del analizador. Utilizar material de control inmediatamente después de abrir, siguiendo los pasos del 1 al 5 en la sección de instrucciones de esta hoja informativa.

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

laboratórios da Medica. Estima-se que cerca de 95% dos analisadores EasyStat e EasyBloodGas que operem de acordo com as especificações produzirão resultados dentro dos intervalos indicados neste folheto.

Instruções:

1 Os controles devem atingir a temperatura ambiente (23°C ± 1) antes de serem utilizados. Se o material de controlo não tiver sido armazenado à temperatura ambiente, retire as ampolas da caixa e deixe o material equilibrar à temperatura ambiente durante quatro horas. Consulte limitações 3 e 4.

2 Antes de utilizar, segure as ampolas pelas extremidades (para minimizar a elevação de temperatura) e agite-as 15 a 20 vezes (10 segundos), para misturar as fases gasosa e líquida. Bata levemente a ampola para repor o líquido na parte inferior.

3 Quebre cuidadosamente o topo da ampola pela marca assinalada. Evite ferimentos, protegendo os dedos com um lenço de papel ou com luvas.

4 Introduza imediatamente o material de controlo no analisador por aspiração directa. Analise o material de controlo directamente a partir da ampola até um minuto após a abertura.

5 Repita os passos 1 a 4 para os restantes níveis de controlo.

Limitações:

1 Este controlo destina-se a ser utilizado como auxiliar na avaliação do desempenho dos analisadores EasyStat e EasyBloodGas e não deve ser considerado como substituto de outros procedimentos de controlo da qualidade total, tais como a calibração, a manutenção e a conservação de registos.

2 Este controlo não contém eritrócitos, pelo que poderá não detectar certas anomalias do analisador susceptíveis de afectar os testes de sangue total.

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

3 O equilíbrio gás/líquido em cada ampola depende da temperatura. Uma temperatura controlada de 23°C produzirá determinações de pH, PCO₂ e PO₂ mais exactas. (NOTA: A PO₂ varia cerca de 1% por cada grau Celsius de desvio da temperatura da ampola em relação aos 23°C, na razão inversa deste desvio.)

4 Para estabelecer os valores indicados em Valores Esperados, as amostras são analisadas a cerca de 760 mmHg. O valor de PO₂ diminui cerca de 1,0% por cada 1000 pés (305 metros) acima do nível do mar, e os valores de PCO₂ diminuem cerca de 0,5% nas mesmas condições.

© 2017 Medica Corporation. Todos os direitos reservados.

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC

EasyStat

EasyQC