

MEDICA CREA-U CAL

REF 10652 FIOŁKI 1 X 1,0 ml

KALIBRATOR KREATYNINY W MOCZU

Każda fiolka zawiera 10 ml kreatyniny w 0,10 N kwasie chlorowodorowym.

ZASTOSOWANIE

Do stosowania jako kalibrator w oznaczaniu stężenia kreatyniny w moczu w analizatorze chemicznym Medica EasyRA (Medica EasyRA Chemistry Analyzer).

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OSTRZEŻENIA

Postępować zgodnie z dobrymi praktykami laboratoryjnymi.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UŻYCIA, PRZECHOWYWANIA I STABILNOŚCI

Kalibrator w postaci płynnej pozostaje stabilny, aż do upływu daty ważności (na etykiecie), jeśli jest przechowywany w temp. 2 - 8°C.

Po otwarciu kalibrator należy przechowywać zamknięty w temperaturze 2 - 8°C.

SPOSÓB UŻYCIA

Gotowy do użycia.

WARTOŚCI USTALONE

W tabeli poniżej znajdują się ustalone wartości dla kalibratora kreatyniny w moczu:

Partia nr 25234 Data ważności: 2026-08-22

Analit:	Wartość	Jednostki
Kreatynina	149,31	mg/dl



Medica Corporation, 5 Oak Park Drive
Bedford, MA 01730-1413 USA



Emergo Europe, Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague, The Netherlands