

REF 10797 6 FLACONS DE 1 mL , NIVEAU 1

CONTRÔLE DE QUALITÉ DE LA PROTÉINE RÉACTIVE C (CRP), NIVEAU 1

Flacons contenant chacun 1 mL de matériel de contrôle de qualité à base de protéines stabilisées pour la protéine réactive C (CRP).

UTILISATION PRÉVUE

Les matériels EasyQC CRP sont destinés à être utilisés à des fins de contrôle de la qualité pour le dosage turbidimétrique de la CRP, à l'aide du réactif EasyRA CRP et du kit d'étalon sur l'analyseur chimique EasyRA®. Pour diagnostic *in vitro* uniquement. Réservé à un usage professionnel.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LA MANIPULATION, LE STOCKAGE ET LA STABILITÉ

Le matériel de contrôle de qualité est stable jusqu'à la date de péremption figurant sur l'étiquette, à condition d'être stocké entre 2 et 8 °C. Les composants du matériel de contrôle qualité sont stables pendant 3 mois après ouverture, à condition d'être stockés entre 2 et 8 °C.

MESURES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- 1 Le matériel d'origine humaine dont est issu ce produit a été testé à l'aide de méthodes approuvées par la FDA et ont conduit à un résultat négatif pour l'antigène HBs, les anticorps anti-VIH-1, anti-VIH-2 et anti-VHC, et l'antigène VIH-1. Il n'existe néanmoins pas de méthode capable de garantir totalement l'absence d'agents pathogènes. Ce matériel et tous les échantillons patients doivent donc être considérés comme potentiellement infectieux lors de leur manipulation et leur élimination.
- 2 Ce produit contient des conservateurs à base d'azoture de sodium. Ne pas ingérer et éviter tout contact avec la peau ou les muqueuses. En cas de contact avec la peau, rincer abondamment la zone concernée. En cas d'ingestion ou de contact avec les yeux, consulter immédiatement un médecin. Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations sur les risques, les dangers et la sécurité.

MODE D'EMPLOI

- 1 Avant d'ouvrir le flacon, le laisser s'équilibrer à température ambiante pendant 20 minutes.
- 2 Le retourner délicatement pour assurer l'homogénéité du contenu. Éviter la formation de mousse. Traiter le contrôle comme un échantillon patient, conformément aux prescriptions du fabricant de la méthode de test.
- 3 Les contrôles de la protéine réactive C sont dosés selon la même procédure que les échantillons de test patient réalisés lors de la procédure de dosage. Voir la notice pour le réactif de la protéine réactive C Medica.
- 4 Refermer immédiatement les contrôles et les rééquilibrer entre 2 et 8 °C après utilisation.

Intervalles du contrôle de qualité**VALEUR ASSIGNÉE**


Les valeurs sont assignées à chaque lot de contrôles CRP selon une méthode d'immuno-turbidimétrie enrichie en latex et sont standardisées suivant la référence matérielle (CRM470).

Le tableau ci-dessous contient les valeurs acceptables des plages du contrôle de qualité pour la CRP : Niveau 1, Lot n° 23081 Date de péremption 2026-01-28

Analyte :	Valeur assignée	Unités
EasyQC CRP Niveau 1	0,89 – 1,33	mg/L



Medica Corporation, 5 Oak Park Drive
Bedford, MA 01730-1413 USA



Emergo Europe, Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague, The Netherlands