

REF 10797 6 x 1 mL ŞİŞE, DÜZEY 1

C-REAKTİF PROTEİN (CRP) KALİTE KONTROL DÜZEYİ 1

C-reaktif protein (CRP) için 1 mL stabilize protein bazlı kalite kontrol malzemesi içeren şişeler.

KULLANIM AMACI

EasyQC CRP materyalleri, EasyRA® clinical chemistry analyzer'da EasyRA CRP reaktifi ve kalibratör kiti kullanılarak CRP turbidimetrik miktar tayininin kalite kontrol maddesi olarak kullanılmak üzere üretilmiştir.

Yalnızca *in vitro* teşhis amaçlı kullanım içindir. Yalnızca profesyonel kullanım içindir.

İŞLEME, SAKLAMA VE STABİLİTE İLE İLGİLİ TALİMATLAR

Kalite kontrol maddesi, 2-8°C'de saklanması halinde etiket üzerindeki son kullanma tarihine kadar stabildir. Kalite kontrol maddesinin bileşenleri, 2-8°C'de saklandığı takdirde, açıldıktan sonra 3 ay boyunca stabildir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE UYARILAR

- 1 Bu ürünün elde edildiği insan kaynak materyali test edilmiştir ve HBsAg, anti-HIV 1 / 2, anti-HCV ve HIV-1 Ag ile reaksiyon vermediği tespit edilmiştir. Ancak, hiçbir yöntem enfeksiyon ajanlarının yokluğunu tam olarak garanti edemediği için, bu materyal ve tüm hasta örnekleri işlenmeli ve enfeksiyon hastalıklarını bulaştırmış gibi yok edilmelidir.
- 2 Bu malzeme koruyucu olarak Sodyum Azit içerir. Ağızla ve cilt veya mukoz membranlarla temastan kaçının. Cilde temas etmesi halinde, etkilenen alanı bol suyla çalkalayın. Gözlerle temas edilmesi veya yutulması durumunda derhal tıbbi yardım alın. Risk, tehlike ve güvenlik bilgileri için Madde Güvenliği Veri Sayfası'na bakın.

KULLANIM TALİMATLARI

- 1 Şişeyi açtıktan sonra, şişenin 20 dakika süreyle ortam sıcaklığına gelmesi için bekleyin.
- 2 İçeriğin homojen olduğundan emin olmak için şişeyi yavaşça çevirin. İçeriğin köpüklenmemesini sağlayın. Kontrolü, test yöntemi gerekliliklerine uygun şekilde hasta numunesinde olduğu gibi gerçekleştirin.
- 3 C-reaktif protein kontrolleri miktar tayini, test prosedüründe çalıştırılan hasta test numunelerindeki prosedürün aynısıyla yapılır. Medica C-reaktif protein reaktifi kullanma talimatlarına bakın.
- 4 Kullanımda değilken, kontrolleri hemen kapatın ve 2-8°C'ye dönün.

KK Aralıkları

DEĞER ATAMA


Değerler, her CRP Kontrol partisine, uygun Uluslararası Referans Hazırlamaya (CRM470) göre standartlaştırılmış malzemelere referansla, lateksle geliştirilmiş immünotürbidimetrik yöntem kullanılarak atanır.

Aşağıdaki Tablo CRP için kabul edilebilir kalite kontr-XXol aralıklarını içermektedir: Düzey 1, Lot No. 23081 Son Kullanma Tarihi 2026-01-28

Analit:	Atanan Değer	Birimler
EasyQC CRP Düzeyi 1	0,89 – 1,33	mg/L



Medica Corporation, 5 Oak Park Drive
Bedford, MA 01730-1413 USA



Emergo Europe, Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague, The Netherlands